# *da Vinci Xi* - Reprocessamento Automático

## ENDOSCÓPIO *Xi* (Automático)

*SEM TAMPA DO CONECTOR*
exemplo de conector

**1 Limpar com um pano**
Remova o excesso de resíduos.

**2 Inspecionar**
Inspecione completamente o endoscópio e o cabo quanto a resíduos.

**3 Inspecionar o Conjunto do Conector**
Inspecione quanto a danos e certifique-se de que a água flui livremente.

**4 Montar a Bandeja de Aço Inoxidável**
Solte a tampa da porta de lavagem, posicione o endoscópio na bandeja e disponha o cabo.

**5 Fixar o Conjunto do Conector**
Conecte todas as portas de lavagem, passe a tubulação através da tampa da bandeja e trave.

**6 Limpeza Automática**
Monte a bandeja no sistema de lavagem e desinfeção, conecte o conjunto de tubos, acione o ciclo.

**7 Remover o Conjunto do Conector**
Confirme se o conector permaneceu firme durante o ciclo, em seguida remova.

## ENDOSCÓPIO *Xi* (Manual)

*COM TAMPA DO CONECTOR*
exemplo de conector

ou

*SEM TAMPA DO CONECTOR*
exemplo de conector

**1 Inspecionar**
Inspecione completamente o endoscópio quanto a resíduos.

**2 Limpar a Tampa do Conector** (se houver)
Limpe cuidadosamente usando desinfetante, seque e instale a tampa.

**3 Preparar a Solução**
Prepare a solução de limpeza (pH 7-11).

**4 Escorvar**
Escorva as portas de botão, discos de entrada e base com solução de limpeza.

**5 Fazer imersão**
Faça imersão do endoscópio e cabo.
15 minutos

**6 Enxaguar**
Enxague sob água fria corrente.
60 segundos

**7 Irrigar**
Irrigue todas as portas com água fria pressurizada.
6 x 20 segundos

**8 Pulverizar**
Faça imersão e pulverize o espaço e a base.
2 x 20 segundos

**9 Escovar**
Escova o instrumento submerso ou sob água corrente.
60 segundos

**10 Enxague Final**
Enxague com água de alta pureza.
60 segundos

**11 Secar**
Remova a água e seque todas as superfícies com um tecido macio.

**12 Inspeção Final, Lado Sujo**
Inspecione completamente o endoscópio quanto a resíduos.

**13 Desinfecção Química (Opcional)**
Aplique de acordo com as instruções do fabricante e enxague.
30 minutos

# *da Vinci* Universal - Reprocessamento Automático

*da Vinci Xi* SURGICAL SYSTEM · *da Vinci S* SURGICAL SYSTEM · *da Vinci Si* SURGICAL SYSTEM

## INSTRUMENTOS E GRAMPEADOR

**1 Remover Acessórios**
Remova todos os acessórios antes de iniciar a limpeza.

**2 Preparar a Solução**
Prepare a solução de limpeza (pH 7-11).

**3 Escorvar**
Escorva a porta primária com solução de limpeza.

**4 Fazer imersão**
Fazer a imersão do dispositivo.
30 minutos

**5 Irrigar**
Irrigue todas as portas com água fria pressurizada.
20 segundos

**6 Pulverizar**
Faça imersão e pulverize a ponta.
30 segundos

**7 Escovar**
Escova o instrumento submerso ou sob água corrente.
60 segundos

**8 Enxaguar**
Enxague sob água fria corrente.
60 segundos

**9 Inspecionar**
Inspecione o acessório completamente quanto a resíduos.

**10 Limpeza Automática**
Siga as instruções do fabricante do sistema de lavagem e desinfecção.

## ACESSÓRIOS - GRUPO 1

Cânulas, Obturadores, Kits de Liberação, Cone Hasson, Introdutores de Instrumento, Pinos Calibradores, Kit do Irrigador de Sucção, etc.

**1 Remover Acessórios**
Remova todos os acessórios antes de iniciar a limpeza.

**2 Preparar a Solução**
Prepare a solução de limpeza (pH 7-11).

**3 Fazer imersão**
Fazer a imersão do dispositivo.
30 minutos

**4 Enxaguar**
Enxague sob água fria corrente.
60 segundos

**5 Escovar**
Escova o instrumento submerso ou sob água corrente.
60 segundos

**6 Enxaguar**
Enxague sob água fria corrente.
60 segundos

**7 Inspecionar**
Inspecione o acessório completamente quanto a resíduos.

**8 Limpeza Automática**
Siga as instruções do fabricante do sistema de lavagem e desinfecção.

## ACESSÓRIOS - GRUPO 2

**Cabo do Cautério, Cabo do Grampeador, Cabos do Instrumento PK, Cabo do Guia de Luz, etc.**

**1 Desconectar os cabos ou fios**
Desconecte todos os cabos e fios do dispositivo.

**2 Preparar a Solução**
Prepare a solução de limpeza (pH 7-11).

**3 Limpar com um pano**
Limpe cuidadosamente usando solução de limpeza.

**4 Inspecionar**
Inspecione o acessório completamente quanto a resíduos.

**5 Limpeza Automática**
Siga as instruções do fabricante do sistema de lavagem e desinfecção.

Intuitive Surgical, Inc.
1266 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086 USA
www.intuitivesurgical.com

EC REP Intuitive Surgical, Sàrl.
1, chemin des Mûriers
1170 Aubonne Switzerland
EU: +800.0821.2020
www.intuitivesurgical.com

CE 0543

Copyright © 2018 Intuitive Surgical, Inc. Todos os direitos reservados.
*Intuitive Surgical, da Vinci, da Vinci Xi, da Vinci S, da Vinci Si, EndoWrist,* e *Single-Site* são marcas comerciais ou marcas registradas da Intuitive Surgical, Inc. Os nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas dos seus respectivos proprietários.

Para Instrumentos, Grampeador e Endoscópios do Sistema Cirúrgico *Intuitive Surgical da Vinci® Xi*™. Este diagrama não substitui os procedimentos em serviço ou um manual. Consulte as Instruções de Reprocessamento de Instrumentos *da Vinci Xi* e Instruções de Reprocessamento do Grampeador *da Vinci Xi*.

PN 554520-01 Rev. A (Brazilian Portuguese)