da Vinci - Reprocessamento no Centro Cirúrgico

da Vinci Xi SURGICAL SYSTEM da Vinci S SURGICAL SYSTEM da Vinci Si SURGICAL SYSTEM

ENDOSCÓPIO

1 **Remover Acessórios**
Remova todos os acessórios reutilizáveis e descartáveis/de uso único antes de iniciar a limpeza.

2 **Limpar com um Pano**
Limpe completamente todas as superfícies, incluindo o conector do endoscópio, se necessário.

3 **Escorvar e Umedecer**
Umedeça todas as superfícies com pulverização e/ou envolva a ponta com um tecido úmido.

4 **Pré-desinfecção Química** (opcional)
Aplique de acordo com as instruções do fabricante.

5 **Embalar e Transportar**
Posicione o dispositivo na bandeja para o transporte seguro.

INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS

1 **Remover Acessórios**
Remova todos os acessórios reutilizáveis e descartáveis/de uso único antes de iniciar a limpeza.

2 **Limpar com um Pano**
Limpe completamente todas as superfícies.

3 **Escorvar e Umedecer**
Umedeça todas as superfícies com pulverização e/ou envolva a ponta com um tecido úmido.

4 **Pré-desinfecção Química** (opcional)
Aplique de acordo com as instruções do fabricante.

5 **Transportar**
Transporte os dispositivos para o lado sujo.

EXEMPLOS DE ACESSÓRIOS A SEREM REMOVIDOS

Coberturas da ponta



Capas



Cartuchos



Cabos



Intuitive Surgical, Inc.
1266 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086 USA
www.intuitivesurgical.com

EC REP Intuitive Surgical, Sàrl.
1, chemin des Mûriers
1170 Aubonne Switzerland
EU: +800.0821.2020
www.intuitivesurgical.com

CE 0543

PN 554871-01 Rev. A (Brazilian Portuguese)

Para Instrumentos, Grampeador e Endoscópios do Sistema Cirúrgico *Intuitive Surgical da Vinci*®. Este diagrama não substitui os procedimentos em serviço ou um manual. Consulte as Instruções de Reprocessamento.